



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2018

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 001/2018 - SICONV

1. PREÂMBULO:

O HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE com sede administrativa na Rua Frei João Evangelista nº 450, Centro, Luzerna, SC, CEP 89609-000, por seu representante legal abaixo assinado e por intermédio da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES**, nomeada pela **PORTARIA N° 002/HSR/2018**, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas respectivas alterações e a Lei Complementar Federal nº 123/06, **TORNA PÚBLICO** que fará realizar a licitação na modalidade **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - SICONV**, do Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, especificada no **OBJETO**, mediante as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus anexos.

CRENCIAMENTO, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

LOCAL: Sala Administrativa do Hospital São Roque Sociedade Beneficente na Rua Frei João Evangelista nº 450, Centro, Luzerna – SC.

DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2018.

HORA: 14 horas

No local e horário indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este **EDITAL**, com respeito ao credenciamento, recebimento, abertura e verificação dos envelopes **Documentação e Proposta de Preço**; devolução dos envelopes às licitantes inabilitadas e, **comunicação** a licitante vencedora.

AS EMPRESAS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTES EDITAIS, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, FICANDO CIENTES DE QUE SERÃO APLICADAS AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECENDO O DISPOSTO NO ART 87 §2º DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.

DAS INFORMAÇÕES: As dúvidas pertinentes a presente licitação serão esclarecidas pelo Departamento Administrativo do Hospital São Roque no seguinte endereço:

*Telefone: (49)3523 1133

*E-mail: hsr_adm@hotmail.com

*Endereço: Rua Frei João Evangelista, 450, Centro, Luzerna, SC CEP 89609-000



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

2. DO OBJETO:

2.1 O objeto desta licitação é a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017, consoante este EDITAL e seus anexos** quais sejam.

2.2 As condições e especificações mínimas dos equipamentos estão descritas nas **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Anexo I** deste Edital.

2.3 O valor total de referência para a execução do objeto desta licitação é de **R\$ 197.500,00 (Cento e noventa e sete mil e quinhentos reais)**.

2.4 Os valores propostos **DEVEM SER IGUAIS OU INFERIORES AO VALOR DE REFERÊNCIA**, sob pena de desclassificação.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1 Poderão participar desta licitação quaisquer empresas, cujo objetivo social, expresso no contrato ou estatuto social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto licitado.

3.2 Não poderão concorrer nesta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, empresas licitantes que se enquadrem nas situações a seguir:

3.2.1 Empresa licitante, cujo(s) sócio(s), seja(m) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, ou de responsável pela licitação.

3.2.2 Empresa licitante que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;

3.2.3 Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas de participar em licitação e/ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o Hospital São Roque Sociedade Beneficente.

3.2.4 Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou que se encontre incurso nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, impostas por órgão ou entidade da Administração Pública.

3.2.5 O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, quando for o caso.

3.2.6 Empresa que tenha em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, e isso a partir dos 14 (quatorze) anos;

3.2.7 Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de proposta de preço e habilitação após o prazo estabelecido neste Edital. Declarada a abertura da sessão pela Comissão Especial de Licitações, não mais serão admitidos novos proponentes.

3.3 Quanto à participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

3.3.1 Quando a licitante se tratar de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), deverá informar tal condição já na sessão de credenciamento, e para tanto, deverá ser apresentada declaração informando que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123/06, sendo que essa falta de informação não descredenciará a mesma, entretanto implicará no fato de que, a licitante, não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na referida Lei.

3.3.2 Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação de **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** expedida pela Junta Comercial, ou **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO** validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (sessenta) dias, imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “proposta” e “documentação”;

3.3.3 Serão consideradas microempresas ou empresa de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, devidamente registradas no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, na forma prevista na Lei Complementar nº 123/06;

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES:

4.1 Aberta a sessão no local, dia e hora, marcados no preâmbulo deste **EDITAL**, o representante legal de cada empresa licitante deverá apresentar à **Comissão Especial de Licitações, e identificar-se entregando cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, em uma via.**

4.2 **Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida da licitante**, outorgando ao representante, poderes legais para a prática de todos os atos inerentes a esta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, especialmente para em nome da empresa, renunciar direitos, desistir de recursos, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. No **ANEXO III**, encontra-se um modelo de Instrumento Particular de Procuração, para atender essa exigência.

4.2.1 Juntamente ao instrumento de procuração, deverá ser apresentado a cópia da Cédula de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia e o



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Contrato ou Estatuto Social vigente da empresa. No contrato deverá figurar a identificação do sócio administrador (ou diretor) ou a cláusula de administração. O estatuto social deve vir acompanhado da ata de eleição do administrador.

4.2.2 No caso de representação por sócio administrador ou diretor, tal condição deverá ser demonstrada mediante a apresentação da cópia da Cédula de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia, acompanhado do respectivo contrato ou estatuto social vigente nos mesmos termos da alínea anterior.

4.2.3 No caso de representação por sócio que não possua poderes de administração, o mesmo deverá fazer-se representar por instrumento procuratório, nos termos das alíneas anteriores.

4.3 Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação de **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** expedida pela Junta Comercial, ou **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO** validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (sessenta) dias, imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “proposta” e “documentação”;

4.3.1 A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão ou Declaração da Junta Comercial.

4.4 **Os documentos para o credenciamento referidos nos subitens anteriores deverão ser apresentados sobrecarta (FORA DOS ENVELOPES).**

4.5 O não credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a manifestação de intenção de recorrer por parte do interessado, bem como de quaisquer atos relativos à presente licitação para os quais seja exigida a presença de representante legal da empresa.

4.6 Será credenciado apenas um representante legal para cada licitante.

4.7 Depois de encerrada a etapa de credenciamento não serão aceitos novos proponentes e nem novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes.

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01

5.1 Para fins de habilitação no processo licitatório, as licitantes deverão apresentar no **Envelope nº 1**, sob pena de inabilitação, as documentações relativas à **habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação técnica**, as quais deverão estar em plena validade, e devem ser encartadas em ordem sequencial e numeradas cronologicamente.

5.1.1 Toda a documentação de habilitação exigida para este processo licitatório poderá ser apresentada em original, ou cópia legível devidamente autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda por



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

cópia impressa a partir do sítio oficial do órgão emissor, sendo que, somente serão considerados válidos aqueles que estejam em plena validade. Documentos em fac-símile não serão aceitos.

5.1.2 Os documentos emitidos a partir do sítio oficial do órgão emissor e suas cópias reprográficas, dispensam a necessidade de autenticações, e terão sua aceitação, condicionada a verificação de sua autenticidade mediante acesso ao site do Órgão que o expedir.

5.1.3 Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente executará o objeto, ou seja, o número de inscrição no CNPJ/MF deverá ser o mesmo em todos os documentos, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) e/ou balanço é centralizado.

5.1.4 Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 (sessenta) dias.

5.2 A comprovação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (em se tratando de sociedades empresárias, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores);
- c) Decreto de autorização devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

5.3 A comprovação relativa à **REGULARIDADE FISCAL** consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (**CNPJ/MF**) em plena validade;
- b) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuintes Municipal**, se houver, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, e compatível com o objeto licitado;
- c) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuintes Estadual**, se houver, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, e compatível com o objeto licitado;
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
- f) Prova de Regularidade com a **Fazenda Federal** e a **Seguridade Social – CND - INSS**, mediante a certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do **FGTS**;
- h) Declaração expressa da licitante, assinada pelo representante legal, de inexistência no quadro de funcionários da empresa, de menores de 18 (dezoito) anos em atividades insalubre, perigosas e desenvolvidas em horário noturno, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com a Lei nº 9.854, de 27/10/99, nos moldes do **ANEXO IV** desta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**.
- i) Declaração da licitante de fatos supervenientes impeditivos da **habilitação**, nos moldes do **ANEXO V** deste EDITAL.
- J) Declaração da empresa que nenhum de seus diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante ou de qualquer órgão da Administração Pública, nos moldes do **ANEXO VI** deste EDITAL.
- l) Declaração assinada pelo fornecedor dos equipamentos de que prestará a garantia, contra defeitos de fabricação, instalação e reposição de peças ou serviços especificando, também, o prazo de garantia conforme modelo do **ANEXO VII**.
- m) A comprovação relativa à **REGULARIDADE TRABALHISTA** consistirá na comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

5.3.1 As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).

5.3.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a pedido escrito da licitante e a critério da Fundação, para a



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);

5.3.3 O prazo para normalização da regularidade fiscal de que trata o subitem anterior, não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica e à qualificação técnica e econômico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

5.3.4 A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Instituição convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.4 A comprovação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

5.4.1 Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa LICITANTE, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n. 6.360/76 e Decreto Federal n. 79.094/77, se pertinente ao equipamento ofertado.

5.4.2 Certificado de Boas Práticas de Fabricação, Normas Técnicas IEC e Certificado de Registro no Ministério da Saúde, de acordo com o Equipamento ofertado.

5.4.2.1 As Normas Técnicas NBR-IEC poderão ser substituídas por IECs equivalentes. Para normas técnicas que não possuam capacidade laboratorial instalada no país, fica desobrigada a apresentação das mesmas.

5.4.3 Indicação da Equipe Técnica e a qualificação de cada um dos membros, inclusive o Responsável Técnico, que se responsabilizará pelos trabalhos de instalação e montagem dos equipamentos e manutenção dos referidos equipamentos.

5.5 **Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documentação, solicitada ou apresentá-las com vícios.**

5.6 O **Envelope Nº 01** deverá ser opaco, lacrado, rubricado no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

**ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE
PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2018 - SICONV
(Razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado)**

6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

- 6.1 O envelope contendo a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, deverá ser entregue à **CEL**, no dia hora e local indicados no preâmbulo deste **EDITAL**, devendo, os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:
- 6.2 Recebimento e conferência da documentação dos representantes legais das licitantes com vistas ao seu credenciamento.
- 6.3 Abertura dos envelopes para verificação dos documentos de habilitação, os quais ficarão à disposição das licitantes presentes, para exame;
- 6.3.1 Depois de conferida e apreciada a documentação, sempre que possível, serão anunciados as licitantes habilitadas e as inabilitadas na licitação.
- 6.4 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentação, ou apresentarem em desacordo com o estabelecido neste **EDITAL** ou com irregularidades, exceto os documentos de regularidade fiscal para microempresas e empresas de pequeno porte, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
- 6.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente **EDITAL** e seus Anexos.
- 6.6 Quando todos os licitantes forem inabilitados, a **CEL**, poderá fixar aos licitantes o prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação escoimadas das causas que deram origem as suas inabilitações.

7. DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 02

- 7.1 A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa nos moldes do **ANEXO VIII** do presente **EDITAL**, entregue em uma única via datilografada ou impressa por processo eletrônico, encadernada, sem folhas soltas e com todas as folhas numeradas, desde a primeira até a última, e ainda contendo os seguintes elementos:
- 7.1.1 A razão social da proponente, endereço completo, nº do CNPJ/MF, telefone e fax atualizados, e endereço eletrônico, se houver, para facilitar possíveis contatos;
- 7.1.2 Número do processo administrativo e desta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, assinatura do representante legal da licitante em todas as vias devidamente identificadas;
- 7.1.3 Descrição do objeto desta licitação, prazo máximo para entrega e instalação dos equipamentos que não poderá ser superior a 60 (sessenta dias), **contado da**



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

data da assinatura do contrato, quando for o caso; o valor total da proposta (em algarismo e por extenso), nome, data e assinatura do seu representante legal;

7.1.3.1 A descrição completa do item cotado, informando claramente ainda, além dos dados constantes no Anexo I deste Edital:

- país de origem
- fabricante
- marca
- modelo e código de catálogo
- peso(kg) e cubagem(m³)

7.1.4 A proposta de preço deverá ser expressa em moeda corrente nacional (R\$), com 02 (duas) casas decimais (0,00) e por extenso. Em caso de divergência entre os expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá o em extenso;

7.1.5 Prazo de validade das propostas, que não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da data da entrega da mesma. No caso do prazo de validade ser omitido na proposta ou de prazo inferior àquele estabelecido, a **CEL** considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias;

7.1.6 Indicação do Banco, da agência e dos respectivos códigos e o número da conta corrente para efeito de emissão de Ordem de Compra e posterior pagamento.

7.1.7 Oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.1.8 Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas neste Edital e seus anexos.

7.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços e a proposta apresentada será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto

7.3 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste **EDITAL**.

7.4 **A proposta de preço deverá estar acompanhada da seguinte documentação:**

a) Cópia do registro do objeto licitado concedido pelo órgão sanitário competente do Ministério da Saúde. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia da petição tempestiva de revalidação dirigida a ANVISA, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e/ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item licitado.

b) Cópia do comprovante de isenção do registro, quando for o caso.



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

7.5 O **Envelope Nº 02** deverá ser opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

**ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE
PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2018 - SICONV
(Razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado)**

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 O preço com a qual a licitante concorrerá no certame será o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

8.2 A abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas ocorrerá após transcorrido o prazo recursal ou, após manifestação de desistência expressa de todas as licitantes presentes da interposição de recurso.

8.3 A classificação das **PROPOSTAS** se dará por ordem crescente dos preços propostos.

8.4 Em caso de empate entre duas ou mais **PROPOSTAS** e de obedecido o § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, proceder-se-á ao desempate por sorteio, em ato público, para o qual todas as empresas licitantes serão convocadas.

8.5 Uma vez iniciada a abertura dos Envelopes Proposta, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, a **CEL**, verificará a conformidade das mesmas com as exigências estabelecidas neste **EDITAL**, e posterior rubrica, **sendo desclassificadas as propostas que:**

8.5.1 Que não atender as exigências essenciais deste **EDITAL** e seus **ANEXOS**, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou:

8.5.2 Que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes, ou:

8.5.3 Propostas de valores superiores ao **Custo Referencial** de cada item;

8.5.4 Não estiverem datadas e ou assinadas pelo representante legal ou autorizado.

8.6 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a **CEL** poderá fixar aos licitantes o prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas que deram origem as suas desclassificações.

8.7 É facultada à **CEL** ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.

8.8 A **CEL** publicará o julgamento das propostas na Imprensa Oficial da União, exceto se presentes os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, quando a comunicação será feita diretamente aos interessados e lavrada em ata.

8.9 A **CEL** submeterá o resultado à apreciação da Presidente do Hospital São Roque Sociedade Beneficente, para adjudicação e homologação, para que o procedimento em epígrafe possa surtir efeitos legais;

8.10 A **CEL** lavrará **ATA** circunstanciada, sobre os procedimentos retro-descritos, a qual deverá ser assinada pelos licitantes presentes e membros da Comissão, bem como deverá ser assegurado que todos os documentos e propostas pertinentes ao processo também sejam rubricados.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

9.1 Aos termos do presente **EDITAL** caberá impugnação, sem efeito suspensivo, conforme preceitua o artigo 41 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que poderá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil por qualquer cidadão e até o 2º (segundo) dia útil por licitantes interessados, da data que antecede à abertura dos envelopes, devendo ser protocolada na Secretaria da Administração do Hospital São Roque Sociedade Beneficente.

9.2 Decairá o direito de impugnar os termos deste ato convocatório, a licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Propostas, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

9.3 A impugnação deverá observar os seguintes requisitos:

9.3.1 Deverá ser protocolada na Secretaria da Administração do Hospital São Roque Sociedade Beneficente.

9.3.2 Ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico e devidamente fundamentadas;

9.3.3 Serem assinadas por representante legal da impugnante ou por procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato Social, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuraç o devidamente autenticado.

9.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta **TOMADA DE PREÇOS**, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

10. DOS RECURSOS:

10.1 As licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

10.1.1 Habilitação ou inabilitação do licitante;

10.1.2 Julgamento das propostas;



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

10.1.3 Anulação ou revogação da licitação.

10.2 Os recursos previstos nos subitens anteriores terão efeito suspensivo. A Presidente poderá, motivadamente e presente as razões de interesse da instituição, atribuir, aos recursos interpostos nos demais casos, eficácia suspensiva.

10.3 O recurso deverá ser protocolado na Secretaria da Administração do Hospital São Roque.

10.4 Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

10.4.1 Serem datilografados ou impressos por qualquer processo eletrônico e devidamente fundamentados;

10.4.2 Serem assinados por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato Social, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuração devidamente autenticado.

10.5 Interposto recurso o mesmo será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.6 Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.

10.7 É vedado a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de recursos meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:

11.1 A critério da Presidente do Hospital São Roque Sociedade Beneficente, esta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS** poderá:

11.1.1 Ser **anulada**, se houver ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

11.1.2 Ser **revogada**, se for considerado inoportuna ou inconveniente ao interesse da Instituição, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou

11.1.3 Ter a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por conveniência da Instituição.

11.2 Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**:

11.2.1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera a obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666/93;

11.2.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado no subitem anterior;



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

11.2.3 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3 As decisões relativas ao procedimento licitatório serão comunicadas diretamente às licitantes mediante ofício ou lavradas em ata, principalmente quanto a: Pedido de esclarecimentos, habilitação ou inabilitação da licitante, julgamento das propostas, resultado de recurso porventura interposto e/ou resultado do julgamento da **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**.

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

12.1 Com a entrega do objeto da presente Licitação será feita vistoria e lavrado em até 5 dias úteis o Termo de Recebimento Provisório ou Termo Circunstanciado

12.2 Por ocasião da entrega, a Licitante Vencedora deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do funcionário da Instituição responsável pelo recebimento.

12.3 Constatadas irregularidades, a Instituição poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

12.3.1 Na hipótese de substituição, a Licitante Vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Instituição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. Nesse caso a Licitante Vencedora ficará sujeita às regras dos Artigos 402,403,404 e 405 do Código Civil;

12.4 Todas as despesas decorrentes da devolução e substituição do equipamento correrão por conta da Licitante Vencedora.

13. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

13.1 A Licitante Vencedora garante que todos os bens entregues são novos, nunca usados, de modelos efetivamente iguais aos propostos e aceitos no momento da Licitação.

13.2 A Licitante Vencedora garante que nenhum dos bens fornecidos apresentará defeito proveniente do projeto ou mão-de-obra ou de qualquer ato de omissão, que possam surgir sob uso normal dos bens fornecidos, nas condições existentes no Brasil.

14. DO CONTRATO:

14.1 As obrigações decorrentes desta consubstanciar-se-ão em **CONTRATO**, a ser firmado entre o **HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE** e a **LICITANTE VENCEDORA**, com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores conforme minuta constante no **ANEXO II**.

14.2 A **LICITANTE VENCEDORA** será convocada a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 dias úteis; após esgotados todos os prazos recursais, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

14.3 O prazo anteriormente mencionado, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período desde que seja feito de forma motivada durante o transcurso daquele prazo.

14.4 Se, dentro do prazo, a **LICITANTE VENCEDORA** não retirar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, a Instituição convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira colocada, inclusive quanto ao preço devidamente atualizado pelo critério previsto no **EDITAL**, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

14.5 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 14.2 ou vendo recusa em fazê-lo, fica facultado ao Hospital São Roque Sociedade Beneficente, desde que haja conveniência, proceder à adjudicação às demais proponentes, observada a ordem de classificação das propostas.

14.6 **O prazo de vigência do CONTRATO será até 31 de dezembro de 2018;** as responsabilidades e obrigações, bem como as demais condições constam do instrumento contratual a ser celebrado com a **LICITANTE VENCEDORA**, conforme **MINUTA DO CONTRATO (ANEXO II)**.

14.7 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Compras e Administração do Hospital São Roque Sociedade Beneficente ou comissão especial designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

14.7.1 A fiscalização exercerá controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade dos materiais entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

15 FONTE DE RECURSOS:

15.1 As despesas para a execução do objeto licitado correrá por conta de recursos provenientes do **Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

16. DA FORMA DE PAGAMENTO:

16.1 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias após a entrega do equipamento instalado e em perfeitas condições de funcionamento, com a respectiva Nota Fiscal e após a conferência e aceite do Setor de Compras, mediante OBTV (Ordem Bancária Transferência de Valores) na conta bancária de titularidade do fornecedor vencedor da licitação.

a) A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir nota fiscal a favor do Hospital São Roque Sociedade Beneficente – CNPJ 75.444.471/0001-98, constando o n° do instrumento fiscal, o n.º da licitação que foi vencedora (Processo Licitatório



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Cotação Prévia de Preços N.º 001/2018 - SICONV), bem como o número do CONVÊNIO N.º 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Proposta SICONV N.º 89764/2017.

b) A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando a Instituição de qualquer prejuízo que a proponente vencedora venha a sofrer. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

c) Os preços somente serão revisados quando houver alterações de valores devidamente comprovados, podendo ocorrer nos termos do Art. 65 da Lei 8.666-93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela proponente vencedora.

16.2 Demais condições constam nas cláusulas específicas da Minuta do Contrato – Anexo II.

17. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR:

17.1 A **CONTRATADA** fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;

17.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

18. DA PRORROGAÇÃO, DO REAJUSTE E REPACTUAÇÃO:

18.1 O instrumento contratual, poderá ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente, e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações e atualizações da Lei Federal nº 8.883/94.

19. DAS PENALIDADES

19.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do **CONTRATO**, a **CONTRATANTE**, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

19.1.1 Advertência;

19.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

19.1.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Instituição, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

19.1.4 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o Hospital São Roque Sociedade Beneficente enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE**, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

19.2 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas.

19.3 Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA**, ficará sujeita ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da **CONTRATANTE** e, no que couber, às demais penalidade referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

20. DA RESCISÃO CONTRATUAL:

20.1 A inexecução total ou parcial do **CONTRATO**, enseja a sua rescisão pela **CONTRATANTE**, com as conseqüências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que alude o artigo 87 da mesma Lei;

20.2 Constituem motivos para rescisão os previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores.

20.3 Nos termos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, a rescisão contratual poderá ser:

20.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.663/93;

20.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da **CONTRATADA**, reduzida a termo, desde que haja conveniência da **CONTRATANTE**;

20.3.3 Judicial, nos termos da legislação;

20.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

20.4.1 Pagamentos devidos pela execução do **CONTRATO** até a data da rescisão;

20.4.2 Pagamento do custo da desmobilização.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

21.1 A **CEL**, dirimirá as dúvidas que suscite nesta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, desde que argüidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para à abertura dos envelopes, endereçando ao seu Presidente, no endereço do preâmbulo deste **EDITAL**.

21.2 Será dado conhecimento aos interessados do teor das respostas às consultas formuladas formalmente, através de expediente circular ou por publicação em imprensa oficial e sites da Instituição.

21.3 Será desconsiderada consulta e esclarecimento formulada à **Comissão Especial de Licitações**, de que trata o subitem anterior, se realizada de maneira verbal, ou através de Fac-símile ou outro meio eletrônico.

21.4 Os casos omissos decorrentes da execução do objeto deste **EDITAL** serão resolvidos, de acordo com a legislação pertinente, por despacho fundamentado da Presidente da Instituição.

21.5 A aceitação da Proposta Vencedora pela Instituição obriga a sua Proponente à execução integral do objeto desta Licitação, nas condições propostas, não lhe cabendo



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, em virtude de seus próprios erros ou omissões.

21.6 As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas, não cabendo responsabilidade por tais custos a outrem, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos nesta licitação ou os seus resultados.

21.7 De qualquer ato praticado pela **Comissão Especial de Licitações**, as interessadas poderão valer-se do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº 8.883/94.

21.8 Os itens e subitens das disposições da minuta do **CONTRATO (ANEXO II)**, poderão ser ordenados de forma diferente, sem que isto importe em alteração das referidas disposições, bem como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais, remissivos, desde que isto não implique em qualquer mudança do regime jurídico do **CONTRATO**, tal como estabelecido neste **EDITAL**.

21.9 De igual modo poderão ser inclusas cláusulas adicionais no **CONTRATO**, além das previstas na minuta do **CONTRATO (ANEXO II)** deste **EDITAL**, desde que tais cláusulas não importem em alteração do regime jurídico do **CONTRATO**.

21.10 Na contagem dos prazos a que alude este **EDITAL**, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

21.11 A participação nesta licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente este **EDITAL** e aceitou integralmente suas normas, e que obteve da Instituição, através da sua **Comissão Especial de Licitações**, as informações que solicitou.

21.12 Todas as publicações como alterações ou prorrogações do Edital, serão publicadas no Diário Oficial da União e Jornal de circulação local e no site www.hospitalsaoroque.org

22. DO FORO:

22.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba – Santa Catarina, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23. DOS ANEXOS:

23.1 São complementos e fazem parte integrante desta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, independentemente de transcrição os seguintes anexos:

ANEXO I	DESCRIPTIVO DO EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO II	MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III	MODELO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO
ANEXO IV	DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88;
ANEXO V	DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
ANEXO VI	DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SÓCIOS NO PODER PÚBLICO



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO VII	DECLARAÇÃO DE GARANTIA
ANEXO VIII	PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO IX	TERMO DE REFERENCIA

Luzerna, 17 de setembro de 2018.

Vania Mara Diesel Deitos
Presidente do Hospital São Roque
Sociedade Beneficente



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO I

DESCRIPTIVO DOS EQUIPAMENTOS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os descritivos abaixo referem-se às características mínimas exigidas, podendo ser ofertados equipamentos com tecnologia e qualidade superiores, desde que respeitados os valores de referência e as demais exigências do Edital

Item	Descrição	Quantidade
1	TELEVISOR 40" FULL HD, entrada HDMI e USB, tipo LED, com conversor digital.	04

Item	Descrição	Quantidade
2	TELEVISOR 41" FULL HD, entrada HDMI e USB, tipo LED, com conversor digital.	01

Item	Descrição	Quantidade
3	COMPUTADOR que esteja em linha de produção pelo fabricante, desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a 10 ou similar; possuir 1(um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 09 (um) gigabytes de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas 9com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados	04



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

	(gabinete, teclado, ouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	
--	---	--

Item	Descrição	Quantidade
4	<p>CARDIOVERSOR (Desfibrilador bifásico e Monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo).</p> <p><u>Especificações técnicas mínimas:</u> Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável; As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação;</p> <p><u>Indicações:</u> A energia entregue ao paciente; A forma de onda do ECG; Mensagem de carga; A frequência cardíaca; Eletrodo de ECG desconectado; As falhas ocorridas com o sistema; O acionamento de sincronismo; Nível baixo da bateria; Bateria em carga; Alimentação da rede elétrica;</p> <p>Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 7 Kg;</p> <p><u>Monitoração de ECG:</u> O monitor de ECG do Cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características: 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2 e D3), podendo visualizar duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; Tamanho do ECG: 2.5, 5, 10, 20 e 40 mm/mV; Medir a frequência cardíaca de 20 a 280 batimentos por minuto, no mínimo; Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; Congelamento de imagem; Amplitude do ECG: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40mm/mv</p> <p><u>Desfibrilação:</u> O Cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características: A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 200 Joules (bifásico); Tempo de carga máxima 200 Joules (bifásico)): inferior a 05 segundos; Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; Acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);</p> <p><u>Cardioversão:</u> O Cardioversor quando utilizado para realizar</p>	01



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p>Cardioversão deve possuir as seguintes características: As mesmas indicadas no item 2.1.4; Disparo sincronizado com o complexo QRS; O tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60 ms;</p> <p><u>Bateria:</u> A bateria do Cardioversor deve: Ser recarregável; Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 Joules (bifásico) e 01 (uma) hora de monitoração contínua (ECG);</p> <p><u>Acessórios:</u></p> <p>(01) Um cabo de alimentação (tipo 2P + T) conforme ABNT;</p> <p>(01) Um cabo de paciente para ECG de 3 vias;</p> <p>(01) Um jogo de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico;</p> <p><u>Proteção e alarmes:</u> Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; Deve efetuar a descarga interna quando desligado; Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto; Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria.</p> <p><u>Indicação sonora:</u> Carga de Energia; Sístole.</p> <p>Equipamento deverá ser capaz de incorporar no mínimo 02 Parâmetros adicionais futuramente, dentre eles, Oximetria, Capnografia e/ou Pni.</p> <p><u>Alimentação:</u> Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;</p> <p>O equipamento deve ser Grau de proteção IP 44 e estar acompanhado pelos manuais de operação e serviço. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus.</p>	
--	--

Item	Descrição	Quantidade
5	BISTURI ELÉTRICO deverá ser micro controlado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saída isolada monopolar e bipolar para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Fornecer corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Possuir sistema que mantenha a curva de potência constante, sem a interferência direta do operador, independentemente do tipo de tecido proporcionando um corte/coagulação de alta eficiência, possuir uma resposta instantânea compensando a potência de saída em função da variação da impedância tecidual, e que garanta uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Capacidade de armazenar em memória	01



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p>pelo menos 150 programações de ajuste de potência para corte e coagulação. Deverá ser equipado com modo standby e com sistema de ventilação por convecção, sem ventiladores. Deverá permitir ajustar quando em modo monopolar para corte a potência de saída entre 0W e 300W para corte puro com opção para corte de alta impedância e mais 3 níveis de blend. No modo coagulação potência saída ajustada pelo usuário poderá ser entre 0W e 160W e com no mínimo 3 níveis de operação; dissecação, fulguração e spray com alto fator de crista. Para o modo bipolar, potência de saída deverá permitir ser ajustada entre 0W e 80W, e em no mínimo 3 níveis de operação: macrobipolar, standard e precisa. Com a função i-CUT em pelos menos 05 níveis para procedimentos endoscópicos de polipectomia, esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID., BLEND MAX.) e COAG (DESICCATE, FULGURATE, SPRAY). Com botão para que desligar as funções corte e coagulação para uso somente em modo bipolar</p> <p>Comandos: Acionamento modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual e o modo bipolar acionado através de pedal.</p> <p>Ajustes: Controle de ajuste de potência de 1 em 1 watt para corte e coagulação, com no mínimo 2 Displays digitais independentes para corte e coagulação quando utilizado no modo monopolar e mais 01 display digital para ajuste fino do modo bipolar com incremento de potência de 0,1 a 0,1.</p> <p>Segurança: Com tecnologia para faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato com o paciente, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa</p> <p>Proteção contra temperatura excessiva.</p> <p>Classificação Mínima: Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção.</p> <p>Dados técnicos Frequência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VCA seleção automática. Cabo de alimentação norma ABNT Dimensões (AxLxP): disponíveis no mercado Peso: Inferior a 6,5 kg.</p>	
---	--



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Características técnicas mínimas:	
Modos de operação Corte	Potência em Watts
High Cut	300W
Pure Cut	300W
Corte+Coagulação	
Blend Min	250W
Blend Med	200W
Blend Max	150W
Coagulação	
Desiccate	160W
Fulgurate	120W
Spray	100W
Bipolar	
Bipolar Macro	80W
Bipolar Standard	80W
Bipolar Precise	80W
<p>Conexões para dois pedais duplo, pedal simples, duas canetas com comando manual e/ou canetas com comando via pedal, conexão de placas simples adulto e pediátrica, conexão de placas bipartidas adulto e pediátrica, conexão para pinça bipolar</p>	
<p>Deve acompanhar o equipamento:</p>	
01 x Cabo de alimentação	
01 x Manual de operação	
01 x Carrinho de transporte	
01 x Pedal de comando duplo	
01 x Caneta de comando manual autoclavável	
01 x Cabo para placa auto-adesiva bipartida	
01 x Cabo de ligação para pinça bipolar;	
05 x eletrodos reto tipo faca com 75mm	
<p>Deverá informar o número de registro Anvisa</p>	
<p>Tempo de Garantia 1 ano a contar da entrega técnica.</p>	



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Item	Descrição	Quantidade
6	DESCONGELADOR DE PLASMA, Banho Maria, Cuba em aço inox; Controle microprocessado; Temperatura até 80°C, podendo chegar a 100°C com resitência auxiliar; Incluso Tampa Alta, tipo pingadeira, em aço inox. Incluso estante para 24 bolsas de sangue de 500 mls. Capacidade para 30 litros. Alimentação elétrica: 220 V / 60Hz.	01

Item	Descrição	Quantidade
7	FOGÃO INDUSTRIAL 06 bocas, confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi ou similar; grelhas e queimadores em ferro fundido. Deve possuir no mínimo 03 queimadores simples e 03 duplos, porta painelas, botões fixos e aquecimento a gás tipo GLP.	01

Item	Descrição	Quantidade
8	LAVADORA EXTRATORA DE ROUPAS HOSPITALAR 60 KG, lavadora tipo horizontal, dotada de barreira sanitária anti-infecção cruzada, com capacidade para 60 kg de roupas secas por carga, com cesto interno e corpo externo fabricado em aço-inox, que execute as funções de: lavar, enxaguar e centrifugar, funcionamento totalmente automático, com painel de comando computadorizado que controla os níveis de água, dosagem automática de produtos químicos líquidos (controle até 6 bombas dosadoras), controle dos tempos de enxágue, lavagem ou centrifugação, entrada de água, abertura do dreno e alarme indicador de fim de ciclo. Equipamento totalmente fechado, sistema monobloco, com total segurança ao operador. Manutenção facilitada com laterais de proteção que facilitam o acesso ao motor, a transmissão, válvulas, sensores, etc. Painel de comando com inversor de frequência, possibilitando o controle das velocidades de lavagem e distribuição das roupas na pré centrifugação e centrifugação final. Sistema de segurança para fechamento das portas, evitando que a mesma abra durante o processo e impossibilitando seu funcionamento caso uma das portas estejam abertas, de acordo com a normas vigentes. Tensão : 220/380 Vca 60Hz	01

Local para entrega dos equipamentos:

HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE

Rua Frei João Evangelista, nº 450 Centro

Luzerna – Santa Catarina CEP 89609-000



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO N°.....
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS N°.....
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018
CONVÊNIO N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROPOSTA SICONV N° 89764/2017

HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.444.471/0001-98, situada na Rua Frei João Evangelista, nº 450, Centro, na cidade de Luzerna, Estado de Santa Catarina, por seu representante legal abaixo assinado, denominado **CONTRATANTE** e XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXX com sede na Rua XXX, nº XX, XXX/XX CEP XXXXXX, por seu representante legal abaixo assinado, denominada **CONTRATADA** tem entre si justa e contratada a aquisição e entrega de equipamento para Hospital São Roque Sociedade Beneficente, em conformidade com a adjudicação do Processo Licitatório n.º 002/2018, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas:

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO é firmado em decorrência da Homologação da Presidente do Hospital São Roque Sociedade Beneficente, Sra. Vania Mara Diesel Deitos, exarada em despacho constante no **PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018**, na modalidade **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018 SICONV**, nos termos do Art.22, § 2º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 1994.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se este instrumento contratual as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com alterações e atualizações da Lei Federal nº 8.883 de 1994, em especial para dirimir casos omissos e a integral execução do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS

I – Faz parte do presente Termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação, antes nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

I – O presente Contrato tem por objeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA - SC**, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, instalação, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25.000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017, e abaixo especificado:

TELEVISOR

Item	Descrição	Quant.	Valor Total
01	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXX
Valor Total do Lote/Item			XXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE ENTREGA E PRAZO

I – Das Condições de Entrega

a) A Contratada disporá do **prazo de 60 (trinta) dias** para entrega no local proposto do equipamento conforme o objeto, contados a partir da assinatura do contrato desta licitação.

b) O prazo estabelecido para a entrega do equipamento poderá ser prorrogado quando solicitado pela CONTRATADA e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE.

c) A CONTRATADA deverá entregar o equipamento constante do objeto deste Termo de Contrato, ao Setor de Compras da CONTRATANTE, sito a Rua Frei João Evangelista, nº 450, Centro, Luzerna - SC.

d) Os produtos deverão atender a proposta homologada bem como aos padrões mínimos de qualidade exigidos no objeto, em conformidade com a ANVISA – Agência Nacional da Vigilância Sanitária, normas da ABNT e Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os itens considerados inadequados ou não atenderem às exigências, serão devolvidos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposição, a critério da entidade, poderá ser renovado, no prazo previsto na Cláusula Terceira letra a deste termo de contrato, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial.

e) Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar-se: com inferior qualidade, fora das especificações acima exigidas, deteriorações, com embalagens defeituosas e perfuradas, e especificações e marcas diferentes do exigido e ofertado.

f) Para testar a adequação dos produtos entregues, além das verificações acima, durante o recebimento provisório, sob o risco de devolução, conforme prevê o próprio código de defesa do consumidor e sem prejuízo nas penalidades contratuais e rescisão, poderão ainda serem realizados testes de qualidade pelo método de amostragem, ficando sujeito ainda a



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

análise por equipe técnica designada , com as custas por conta da Contratada ou debitadas da remuneração da mesma, caso confirmadas a inadequação técnica do material em análise.

g) Essas análises poderão ser frequentes, desde que houver suspeita de defeitos, acarretando a devolução de todo o equipamento adquirido, sem prejuízo nas penalidades previstas neste Termo de Contrato.

II – Do Prazo de Garantia

- a)** A Contratada deverá fornecer garantia do equipamento contra qualidade inadequada, cuja reposição ou resolução do problema, pela CONTRATADA, deverá ser no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do recebimento da notificação, podendo ser aplicadas, subsidiariamente, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
- b)** O prazo de garantia do equipamento ofertado é de **12** meses a partir da data da realização da Entrega Técnica, o prazo de garantia terá como data inicial a data de emissão da Nota Fiscal.

III – Dos Prazos e Vigência

- a)** O presente contrato passa a ter início no ato de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.
- b)** A CONTRATADA deverá entregar os bens conforme a marca e referências cotadas por ocasião da apresentação da proposta, sob pena de motivo justo para a rescisão contratual e aplicação das penalidades constantes na Cláusula Décima deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I – O preço total ajustado para a aquisição e entrega do equipamento é de R\$ XXXXXX (**XXXXXXXX reais**) sendo que o valor a ser pago pelo fornecimento do equipamento é o descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, valor este que a Contratante pagará a Contratada nas seguintes condições:

- a) O pagamento se fará no prazo de até 15 (quinze) dias, após a expedição do Termo de Recebimento do total da nota fiscal, após conferido, aceito e atestado como equipamento adequado, observada a disponibilidade de recursos repassados pelo **Convênio nº 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25.000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**
- b) O pagamento será feito através de OBTV;



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

II - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, administração, lucros, equipamento e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste termo de contrato.

III - Nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos materiais, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

IV - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir nota fiscal a favor do Hospital São Roque Sociedade Beneficente, CNPJ 75.444.471/0001-98, constando o número do instrumento fiscal, o n.º da licitação que foi vencedora (Processo Licitatório 002/2018 - de Cotação Prévia de Preços N.º 001/2018 - SICONV), bem como o Convênio nº 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N.º 89764/2017.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

I – Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada, que dispõe:

Art. 65. Os Contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...);

II – por acaso das partes:

(...);

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

II – Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo, inciso e alínea supra citado da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela Administração.



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

III - A Contratada, em função da dinâmica do mercado, poderá, com base no art. 65, inc. II, alínea d, da lei 8666/93, solicitar a atualização (revisão) dos preços vigentes através de solicitação formal a entidade, por meio de planilha de composição de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição (por ocasião da proposta inicial, anterior e após o aumento) de matérias-primas, taxas e afins, introdução de taxas e impostos, componentes e/ou de outros documentos, que comprovem o real desequilíbrio financeiro, sendo que:

a) A atualização de preços deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço da proposta e o de mercado vigente à época do fato superveniente, na busca ideal para melhor manutenção do lucro da beneficiária, podendo, quando não for possível se obter, tecnicamente, amostragens técnicas planilhadas, ser utilizado como parâmetros ponderados, pesquisas divulgadas por órgãos oficiais, como: DIEESE, FGV, IBGE, e demais afins.

b) Independentemente da solicitação de que trata o item III, a entidade poderá, a qualquer momento, reduzir os preços registrados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado regional, nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no site da entidade, com efeitos financeiros a partir da ocorrência real do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO

I - Na hipótese do primeiro classificado não assinar o Contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da convocação, não aceitar ou não retirar o contrato e/ou pedido, no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, exceto o preço que será o de seu último lance ofertado, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício à conta de recursos do **Convênio nº 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

I- Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

II- Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado,

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato, e



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

- c) Fornecer informações úteis e necessárias para a perfeita entrega do **equipamento** com vistas à execução do objeto deste Contrato.
- d) Emitir os Pedidos, a seu critério, segundo as conveniências de momento, ao longo da validade da licitação, podendo adotar o envio provisório, via fac-símile ou expressa, para posterior remessa da Autorização de Fornecimento, devidamente enumerada e nominal á CONTRATADA, a medida da necessidade de suprimento, sempre com a antecedência ideal, para que o atendimento não sofra solução de continuidade.
- e) Permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e do CONVENENTE, bem como dos órgãos integrantes dos Sistemas de Controle Interno e Externo ao qual estejam subordinados o CONCEDENTE e o CONVENENTE, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, no que concerne à execução dos serviços vinculados à contratação.

III- Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) Manter durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação, qualificação, periodicidade e especificações exigidas;
- c) É responsável também em arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do Contrato.
- d) Cumprir, durante a execução do Contrato, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes, a que houver dado causa.
- f) Transportar os materiais em condições adequadas de armazenamento, visando evitar danos às embalagens e/ou seu conteúdo.
- g) Permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e do CONVENENTE, bem como dos órgãos integrantes dos Sistemas de Controle Interno e Externo ao qual estejam subordinados o CONCEDENTE e o CONVENENTE, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, no que concerne à execução dos serviços vinculados à contratação.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

I – Caso a Contratada não cumpra com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Instituição:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% sobre o valor da proposta;
- c) Suspensão de direito de licitar junto a Instituição por até 2 (dois) anos;
- d) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza a Contratada.

II – A não observância do prazo de entrega do objeto licitado implicará em multa de mora de até 2% (dois por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da proposta, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, independentemente das sanções legais que possam ser



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

aplicadas, de acordo com os art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela Instituição.

a) A multa referida no item anterior será descontada do pagamento devido pela Instituição.

CLÁUSULA DÉCIMA– DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

I – Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

I – A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 atualizada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA LIBERAÇÃO

I – Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93, atualizada, sempre através do Termo Aditivo, numerado sempre em ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO

I – O não cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Edital e neste Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará a Instituição o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Instituição.

II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Instituição, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

- I. o atraso injustificado na entrega dos materiais licitado;
- II. entrega do equipamento fora das especificações constantes no Objeto deste Contrato;
- III. a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;
- IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;
- V. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- VI. a dissolução da empresa;
- VII. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Instituição;



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

III – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

I – O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e dos princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DO EDITAL

I – Este Contrato está vinculado ao **Processo Licitatório 002/2018 – Cotação Prévia de Preços 001/2018 - SICONV**, para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei Federal n. 8.666/93, atualizada, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I – Este Contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA, de forma alguma, sem anuência do contratante, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

I – Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/98.

II - E por estarem justa e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual, por si e seus sucessores, em três vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Luzerna, dd/mês/ano

<p>_____ CONTRATANTE: Hospital São Roque Sociedade Beneficente Vania Mara Diesel Deitos Presidente</p>	<p>_____ CONTRATADA: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX CPF N°: XXXXXXXXXXXXXXXX</p>
--	---

Testemunhas:

Nome: _____
RG/CPF: _____

Nome: _____
RG/CPF: _____

Visto Jurídico



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO III

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018

OBJETO : A presente Licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.)

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante)

OBJETO: Representar a **OUTORGANTE** perante o HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE NA **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 001/2018 - SICONV.**

PODERES: Para pronunciar-se em nome da **<NOME DA EMPRESA>**, bem como assinar as respectivas atas, assinar contratos, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, desistir de recursos, e praticar todos os demais atos inerentes a Sessão Pública do Certame.

Local, data, razão social da licitante, nome e assinatura do representante legal.

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e com firma reconhecida e apresentada fora dos envelopes de propostas e documentação).



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO IV

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018

OBJETO : A presente Licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88.

Declaro que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1.999.

Local, data, razão social da licitante, nome e assinatura do representante legal.

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada dentro do envelope documentação).



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO V

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018

OBJETO : A presente Licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

(Nome da Empresa), CNPJ n° XXXXXXXXXXXX, declara para os devidos fins, que se compromete em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante, relativa à **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 001/2018 - SICONV.**

Local, data, razão social da licitante, nome e assinatura do representante legal.

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada dentro do envelope documentação).



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO VI

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018

OBJETO : A presente Licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa) _____, CNPJ _____, sediada
_____ (endereço completo) _____, declara, sob as penas da
lei, que NÃO possui no quadro societário servidor público da ativa ou empregado de
empresa pública ou sociedade de economia mista.

Luzerna – SC ___ de _____ de 2018.



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO VII

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018

OBJETO : A presente Licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – 02(DUAS) SELADORAS, 01(UM) FREEZER COMUM, 50 (CINQUENTA) CAMAS HOSPITALARES TIPO FAWLER MECÂNICA, 01 (UMA) GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Declaramos, em atendimento ao Edital de Cotação Prévia de Preços nº 001/2018 - SICONV, que, na qualidade de fornecedor de equipamentos, oferecemos ao Hospital São Roque Sociedade Beneficente, garantia de qualidade na entrega, instalação e manutenção do equipamento proposto, contra defeitos/problemas que possam surgir no prazo deano(s). Declaramos ainda que essa garantia não terá qualquer ônus adicional para o Hospital.

Local e data

Assinatura e carimbo representante legal



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO VIII

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018

OBJETO : A presente Licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017.**

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
1	TELEVISOR 40" FULL HD, entrada HDMI e USB, tipo LED, com conversor digital.	04			
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$	

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
2	TELEVISOR 41" FULL HD, entrada HDMI e USB, tipo LED, com conversor digital.	01			
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$	

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
3	COMPUTADOR que esteja em linha de produção pelo fabricante, desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a 10 ou similar; possuir 1(um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133	04			



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

	<p>MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 09 (um) gigabytes de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas 9com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, ouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$	

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
4	<p>CARDIOVERSOR (Desfibrilador bifásico e Monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo). <u>Especificações técnicas mínimas:</u> Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável; As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir</p>	01			



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p>circuito de proteção contra desfibrilação; <u>Indicações:</u> A energia entregue ao paciente; A forma de onda do ECG; Mensagem de carga; A frequência cardíaca; Eletrodo de ECG desconectado; As falhas ocorridas com o sistema; O acionamento de sincronismo; Nível baixo da bateria; Bateria em carga; Alimentação da rede elétrica; Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 7 Kg; <u>Monitoração de ECG:</u> O monitor de ECG do Cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características: 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2 e D3), podendo visualizar duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; Tamanho do ECG: 2,5, 5, 10, 20 e 40 mm/mV; Medir a frequência cardíaca de 20 a 280 batimentos por minuto, no mínimo; Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; Congelamento de imagem; Amplitude do ECG: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40mm/mv <u>Desfibrilação:</u> O Cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características: A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 200 Joules (bifásico); Tempo de carga máxima 200 Joules (bifásico)); inferior a 05 segundos; Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; Acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); <u>Cardioversão:</u> O Cardioversor quando utilizado para realizar Cardioversão deve possuir as seguintes características: As mesmas indicadas no item 2.1.4; Disparo sincronizado com o complexo QRS; O tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60 ms;</p>				
---	--	--	--	--



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

	<p><u>Bateria:</u> A bateria do Cardioversor deve: Ser recarregável; Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 Joules (bifásico) e 01 (uma) hora de monitoração contínua (ECG);</p> <p><u>Acessórios:</u> (01) Um cabo de alimentação (tipo 2P + T) conforme ABNT; (01) Um cabo de paciente para ECG de 3 vias; (01) Um jogo de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico;</p> <p><u>Proteção e alarmes:</u> Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; Deve efetuar a descarga interna quando desligado; Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto; Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria.</p> <p><u>Indicação sonora:</u> Carga de Energia; Sístole. Equipamento deverá ser capaz de incorporar no mínimo 02 Parâmetros adicionais futuramente, dentre eles, Oximetria, Capnografia e/ou Pni.</p> <p><u>Alimentação:</u> Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser Grau de proteção IP 44 e estar acompanhado pelos manuais de operação e serviço. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus.</p>				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$	

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
5	BISTURI ELÉTRICO deverá ser micro controlado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saída isolada monopolar e bipolar para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Fornecer corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com	01			



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p>pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Possuir sistema que mantenha a curva de potência constante, sem a interferência direta do operador, independentemente do tipo de tecido proporcionando um corte/coagulação de alta eficiência, possuir uma resposta instantânea compensando a potência de saída em função da variação da impedância tecidual, e que garanta uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Capacidade de armazenar em memória pelo menos 150 programações de ajuste de potência para corte e coagulação. Deverá ser equipado com modo standby e com sistema de ventilação por convecção, sem ventiladores. Deverá permitir ajustar quando em modo monopolar para corte a potência de saída entre 0W e 300W para corte puro com opção para corte de alta impedância e mais 3 níveis de blend. No modo coagulação potência saída ajustada pelo usuário poderá ser entre 0W e 160W e com no mínimo 3 níveis de operação; dissecação, fulguração e spray com alto fator de crista. Para o modo bipolar, potência de saída deverá permitir ser ajustada entre 0W e 80W, e em no mínimo 3 níveis de operação: macrobipolar, standard e precisa. Com a função i-CUT em pelos menos 05 níveis para procedimentos endoscópicos de polipectomia, esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID., BLEND MAX.) e COAG (DESICCATE, FULGURATE, SPRAY). Com botão para que desligar as funções corte e coagulação para uso somente em modo bipolar</p> <p>Comandos: Acionamento modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual e o modo bipolar acionado através de pedal.</p> <p>Ajustes: Controle de ajuste de potência de 1 em 1 watt para corte e coagulação, com no mínimo 2 Displays digitais independentes para corte e coagulação quando utilizado no modo monopolar e</p>				
--	--	--	--	--



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p>mais 01 display digital para ajuste fino do modo bipolar com incremento de potência de 0,1 a 0,1.</p> <p>Segurança: Com tecnologia para faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato com o paciente, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa Proteção contra temperatura excessiva.</p> <p>Classificação Mínima: Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção.</p> <p>Dados técnicos Frequência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VCA seleção automática. Cabo de alimentação norma ABNT Dimensões (AxLxP): disponíveis no mercado Peso: Inferior a 6,5 kg.</p> <p>Características técnicas mínimas:</p> <table><thead><tr><th>Modos de operação Corte</th><th>Potência em Watts</th></tr></thead><tbody><tr><td>High Cut</td><td>300W</td></tr><tr><td>Pure Cut</td><td>300W</td></tr><tr><td colspan="2">Corte+Coagulação</td></tr><tr><td>Blend Min</td><td>250W</td></tr><tr><td>Blend Med</td><td>200W</td></tr><tr><td>Blend Max</td><td>150W</td></tr><tr><td colspan="2">Coagulação</td></tr><tr><td>Desiccate</td><td>160W</td></tr><tr><td>Fulgurate</td><td>120W</td></tr><tr><td>Spray</td><td>100W</td></tr><tr><td>Bipolar</td><td></td></tr></tbody></table>	Modos de operação Corte	Potência em Watts	High Cut	300W	Pure Cut	300W	Corte+Coagulação		Blend Min	250W	Blend Med	200W	Blend Max	150W	Coagulação		Desiccate	160W	Fulgurate	120W	Spray	100W	Bipolar					
Modos de operação Corte	Potência em Watts																											
High Cut	300W																											
Pure Cut	300W																											
Corte+Coagulação																												
Blend Min	250W																											
Blend Med	200W																											
Blend Max	150W																											
Coagulação																												
Desiccate	160W																											
Fulgurate	120W																											
Spray	100W																											
Bipolar																												



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Bipolar Macro	80W				
Bipolar Standard	80W				
Bipolar Precise	80W				
<p>Conexões para dois pedais duplo, pedal simples, duas canetas com comando manual e/ou canetas com comando via pedal, conexão de placas simples adulto e pediátrica, conexão de placas bipartidas adulto e pediátrica, conexão para pinça bipolar</p> <p>Deve acompanhar o equipamento: 01 x Cabo de alimentação 01 x Manual de operação 01 x Carrinho de transporte 01 x Pedal de comando duplo 01 x Caneta de comando manual autoclavável 01 x Cabo para placa auto-adesiva bipartida 01 x Cabo de ligação para pinça bipolar; 05 x eletrodos reto tipo faca com 75mm</p> <p>Deverá informar o número de registro Anvisa Tempo de Garantia 1 ano a contar da entrega técnica.</p>					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
6	DESCONGELADOR DE PLASMA, Banho Maria, Cuba em aço inox; Controle microprocessado; Temperatura até 80°C, podendo chegar a 100°C com resitência auxiliar; Incluso Tampa Alta, tipo pingadeira, em aço inox. Incluso estante para 24 bolsas de sangue de 500 mls. Capacidade para 30 litros. Alimentação elétrica: 220 V / 60Hz.	01			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$	

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
7	FOGÃO INDUSTRIAL 06 bocas, confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi ou similar; grelhas e queimadores em ferro fundido. Deve	01			



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

	possuir no mínimo 03 queimadores simples e 03 duplos, porta painelas, botões fixos e aquecimento a gás tipo GLP.				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$	

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
8	LAVADORA EXTRATORA DE ROUPAS HOSPITALAR 60 KG, lavadora tipo horizontal, dotada de barreira sanitária anti-infecção cruzada, com capacidade para 60 kg de roupas secas por carga, com cesto interno e corpo externo fabricado em aço-inox, que execute as funções de: lavar, enxaguar e centrifugar, funcionamento totalmente automático, com painel de comando computadorizado que controla os níveis de água, dosagem automática de produtos químicos líquidos (controle até 6 bombas dosadoras), controle dos tempos de enxágue, lavagem ou centrifugação, entrada de água, abertura do dreno e alarme indicador de fim de ciclo. Equipamento totalmente fechado, sistema monobloco, com total segurança ao operador. Manutenção facilitada com laterais de proteção que facilitam o acesso ao motor, a transmissão, válvulas, sensores, etc. Painel de comando com inversor de frequência, possibilitando o controle das velocidades de lavagem e distribuição das roupas na pré centrifugação e centrifugação final. Sistema de segurança para fechamento das portas, evitando que a mesma abra durante o processo e impossibilitando seu funcionamento caso uma das portas estejam abertas, de acordo com a normas vigentes. Tensão : 220/380 Vca 60Hz	01			
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$	

2. No preço ofertado estão computados todos os custos básicos que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da Tomada de Preços, inclusive tributos, contribuições incidentes, impostos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do Processo.



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

3 O **Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes "PROPOSTA".

DADOS BANCÁRIOS:

Conta Corrente nº XXXX, da Agência nº XXXX, do Banco XXXX nº XXXX, de titularidade da CONTRATADA.

Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura.

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante, assinada e apresentada no envelope de proposta de preços. Observar o correto preenchimento de todos os itens e respectivas quantidades sob o risco de desclassificação da proposta em caso de divergências.)



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

ANEXO IX
PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018 - SICONV

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 OBJETO : A presente Licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE DE LUZERNA – SC, conforme especificações, quantidade e local de entrega constantes no Anexo I do presente Edital, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio N° 852483/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo n° 25000.459279/2017-11, Proposta SICONV N° 89764/2017** de acordo com este Edital e seus Anexos.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Justifica-se a necessidade desta Licitação para dar execução ao Plano de Trabalho integrante do Convênio n° 852483/2017 entre o Hospital São Roque Sociedade Beneficente e o MINISTÉRIO DA SAÚDE, através do Processo n° 25.000.459279/2017-11 e Proposta SICONV N° 89764/2017, que visa aquisição de equipamento e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital São Roque Sociedade Beneficente.

3. DO TIPO DE LICITAÇÃO

3.1 COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – MENOR PREÇO POR ITEM

4. DO VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:

4.1 O valor total estimado de referência desta Licitação é de **R\$ 197.500,00 (Cento e noventa e sete mil e quinhentos reais)** e a descrição detalhada dos itens e quantidade estão descritas a seguir:



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
1	TELEVISOR 40" FULL HD, entrada HDMI e USB, tipo LED, com conversor digital.	04	2.000,00	8.000,00
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$8.000,00

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
2	TELEVISOR 41" FULL HD, entrada HDMI e USB, tipo LED, com conversor digital.	01	2.200,00	2.200,00
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$2.200,00

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
3	COMPUTADOR que esteja em linha de produção pelo fabricante, desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a 10 ou similar; possuir 1(um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 09 (um) gigabytes de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas 9com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os	04	3.400,00	13.600,00



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

	equipamentos ofertados (gabinete, teclado, ouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$13.600,00

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
4	<p>CARDIOVERSOR (Desfibrilador bifásico e Monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo).</p> <p><u>Especificações técnicas mínimas:</u> Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável; As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação;</p> <p><u>Indicações:</u> A energia entregue ao paciente; A forma de onda do ECG; Mensagem de carga; A frequência cardíaca; Eletrodo de ECG desconectado; As falhas ocorridas com o sistema; O acionamento de sincronismo; Nível baixo da bateria; Bateria em carga; Alimentação da rede elétrica;</p> <p>Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 7 Kg;</p> <p><u>Monitoração de ECG:</u> O monitor de ECG do Cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características: 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2 e D3), podendo visualizar duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; Tamanho do ECG: 2,5, 5, 10, 20 e 40 mm/mV; Medir a frequência cardíaca de 20 a 280 batimentos por minuto, no mínimo; Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; Congelamento de imagem; Amplitude do ECG: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40mm/mv</p>	01	22.000,00	22.000,00



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p><u>Desfibrilação:</u> O Cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características: A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 200 Joules (bifásico); Tempo de carga máxima 200 Joules (bifásico)); inferior a 05 segundos; Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; Acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);</p> <p><u>Cardioversão:</u> O Cardioversor quando utilizado para realizar Cardioversão deve possuir as seguintes características: As mesmas indicadas no item 2.1.4; Disparo sincronizado com o complexo QRS; O tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60 ms;</p> <p><u>Bateria:</u> A bateria do Cardioversor deve: Ser recarregável; Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 Joules (bifásico) e 01 (uma) hora de monitoração contínua (ECG);</p> <p><u>Acessórios:</u></p> <p>(01) Um cabo de alimentação (tipo 2P + T) conforme ABNT;</p> <p>(01) Um cabo de paciente para ECG de 3 vias;</p> <p>(01) Um jogo de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico;</p> <p><u>Proteção e alarmes:</u> Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; Deve efetuar a descarga interna quando desligado; Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto; Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria.</p> <p><u>Indicação sonora:</u> Carga de Energia; Sístole. Equipamento deverá ser capaz de incorporar no mínimo 02 Parâmetros adicionais futuramente, dentre eles, Oximetria, Capnografia e/ou Pni.</p> <p><u>Alimentação:</u> Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser Grau de proteção IP 44 e</p>			
--	--	--	--



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

	estar acompanhado pelos manuais de operação e serviço. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus.			
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$22.000,00

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
5	BISTURI ELÉTRICO deverá ser micro controlado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saída isolada monopolar e bipolar para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Fornecer corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Possuir sistema que mantenha a curva de potência constante, sem a interferência direta do operador, independentemente do tipo de tecido proporcionando um corte/coagulação de alta eficiência, possuir uma resposta instantânea compensando a potência de saída em função da variação da impedância tecidual, e que garanta uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Capacidade de armazenar em memória pelo menos 150 programações de ajuste de potência para corte e coagulação. Deverá ser equipado com modo standby e com sistema de ventilação por convecção, sem ventiladores. Deverá permitir ajustar quando em modo monopolar para corte a potência de saída entre 0W e 300W para corte puro com opção para corte de alta impedância e mais 3 níveis de blend. No modo coagulação potência saída ajustada pelo usuário poderá ser entre 0W e 160W e com no mínimo 3 níveis de operação; dissecação, fulguração e spray com alto fator de crista. Para o modo bipolar, potência de saída deverá permitir ser ajustada entre 0W e 80W, e em no mínimo 3 níveis de	01	22.000,00	22.000,00



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p>operação: macrobipolar, standard e precisa. Com a função i-CUT em pelos menos 05 níveis para procedimentos endoscópicos de polipectomia, esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID., BLEND MAX.) e COAG (DESICCATE, FULGURATE, SPRAY). Com botão para que desligar as funções corte e coagulação para uso somente em modo bipolar</p> <p>Comandos: Acionamento modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual e o modo bipolar acionado através de pedal.</p> <p>Ajustes: Controle de ajuste de potência de 1 em 1 watt para corte e coagulação, com no mínimo 2 Displays digitais independentes para corte e coagulação quando utilizado no modo monopolar e mais 01 display digital para ajuste fino do modo bipolar com incremento de potência de 0,1 a 0,1.</p> <p>Segurança: Com tecnologia para faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato com o paciente, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa Proteção contra temperatura excessiva.</p> <p>Classificação Mínima: Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção.</p> <p>Dados técnicos Frequência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VCA seleção automática. Cabo de alimentação norma ABNT Dimensões (AxLxP): disponíveis no mercado Peso: Inferior a 6,5 kg.</p> <p>Características técnicas mínimas:</p>			
---	--	--	--



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Modos de operação Corte	Potência em			
Watts				
High Cut	300W			
Pure Cut	300W			
Corte+Coagulação				
Blend Min	250W			
Blend Med	200W			
Blend Max	150W			
Coagulação				
Desiccate	160W			
Fulgurate	120W			
Spray	100W			
Bipolar				
Bipolar Macro	80W			
Bipolar Standard	80W			
Bipolar Precise	80W			
Conexões para dois pedais duplo, pedal simples, duas canetas com comando manual e/ou canetas com comando via pedal, conexão de placas simples adulto e pediátrica, conexão de placas bipartidas adulto e pediátrica, conexão para pinça bipolar				
Deve acompanhar o equipamento: 01 x Cabo de alimentação 01 x Manual de operação 01 x Carrinho de transporte 01 x Pedal de comando duplo 01 x Caneta de comando manual autoclavável 01 x Cabo para placa auto-adesiva bipartida 01 x Cabo de ligação para pinça bipolar; 05 x eletrodos reto tipo faca com 75mm				
Deverá informar o número de registro Anvisa Tempo de Garantia 1 ano a contar da entrega técnica.				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
6	DESCONGELADOR DE PLASMA, Banho Maria, Cuba em aço inox; Controle microprocessado; Temperatura até 80°C, podendo chegar a 100°C com resitência auxiliar; Incluso Tampa Alta, tipo pingadeira, em aço inox. Incluso estante para 24 bolsas de sangue de 500 mls. Capacidade para 30 litros. Alimentação elétrica: 220 V / 60Hz.	01	2.500,00	2.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$2.500,00

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
7	FOGÃO INDUSTRIAL 06 bocas, confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi ou similar; grelhas e queimadores em ferro fundido. Deve possuir no mínimo 03 queimadores simples e 03 duplos, porta painelas, botões fixos e aquecimento a gás tipo GLP.	01	2.200,00	2.200,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$2.200,00

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total
8	LAVADORA EXTRATORA DE ROUPAS HOSPITALAR 60 KG, lavadora tipo horizontal, dotada de barreira sanitária anti-infecção cruzada, com capacidade para 60 kg de roupas secas por carga, com cesto interno e corpo externo fabricado em aço-inox, que execute as funções de: lavar, enxaguar e centrifugar, funcionamento totalmente automático, com painel de comando computadorizado que controla os níveis de água, dosagem automática de produtos químicos líquidos (controle até 6 bombas dosadoras), controle dos tempos de enxágue, lavagem ou centrifugação, entrada de água, abertura do dreno e alarme indicador de fim de ciclo. Equipamento totalmente fechado, sistema monobloco, com total segurança ao operador. Manutenção facilitada com laterais de proteção que facilitam o acesso ao motor, a transmissão, válvulas, sensores, etc. Painel de	01	125.000,00	125.000,00



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

	comando com inversor de frequência, possibilitando o controle das velocidades de lavagem e distribuição das roupas na pré centrifugação e centrifugação final. Sistema de segurança para fechamento das portas, evitando que a mesma abra durante o processo e impossibilitando seu funcionamento caso uma das portas estejam abertas, de acordo com a normas vigentes. Tensão : 220/380 Vca 60Hz			
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$125.000,00

NOTA: OS VALORES UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA CONSTAM NO SISTEMA SICONV, VALORES ESTES INFORMADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

O VALOR DE REFERÊNCIA DE CADA ITEM SERVE DE PARÂMETRO PARA A PROPOSTA.

5. DO CONTRATO E DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO:

5.1 Será firmado CONTRATO com a Licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei 8.666/93.

5.2 O prazo de vigência do contrato será até 30 de dezembro de 2018 podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações e atualizações da Lei Federal nº 8.883/94.

6. DA FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 O pagamento, decorrente da execução do objeto desta licitação, será efetuado através de OBTV na conta bancária de titularidade do fornecedor vencedor da licitação, após o equipamento ser instalado e aceito com a competente nota fiscal.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1 Demais condições constam no Edital e seus anexos.