



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

EDITAL Nº 001/2020

LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE do Hospital São Roque Sociedade Beneficente – HSR Sra. Vania Mara Diesel Deitos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Estatuto da Sociedade Beneficente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Especial de Licitações, resolve:

1. HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

Edital de Licitação	Processo Licitatório 001/2020 – Cotação Prévia de Preços 001/2020 - SICONV
Modalidade	Cotação Prévia de Preços - SICONV
Data do Processo	08/05/2020
Data da Licitação	01/06/2020
Objeto da Licitação	O objeto desta licitação é a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, de acordo com o Convênio Nº 883415/2019/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25000.102043/2019-78, Proposta SICONV Nº 26949/2019.

Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
1	EQUIPAMENTO DE RAIOS- X ANALÓGICO - Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 54 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 500 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; Foco variável de 100 a 180 cm. Mesa fixa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de no mínimo 200 cm x 80 cm; Foco variável de 100 a 180 cm. Estativa porta tubo de raios X: Tipo chão-mesa ou chão-chão; Movimento vertical de 140 cm ou maior; Freios eletromagnéticos; Rotação do braço porta tubo ± 90°. Tubo de raios X: Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de no máximo 1,5 mm; Rotação do anodo de no mínimo 3.200 rpm; Capacidade térmica de anodo de no mínimo 200 KHU. Condições gerais: Garantia de 12 meses; Montagem e treinamento inclusos.	01	90.000,00	90.000,00	KOMICA MINOLTA
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 90.000,00

Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
2	SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR MONOCASSETTE PARA RAIOS- X - Descrição Geral: Sistema de radiografia computadorizada (CR) monocassete de digitalização de imagens para radiologia geral com capacidade de leitura de cassetes de no mínimo três tamanhos: 18x24 cm, 24x30 cm e 35x43 cm (ou tamanhos aproximados); Resolução de no	01	75.400,00	75.400,00	KOMICA MINOLTA



Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr_adm@hotmail.com

<p>mínimo 10 pixels/mm (100 micrômetros). O sistema deverá ser composto pelo digitalizador, cassetes e console de aquisição para cadastramento de dados e ajuste de imagens; O equipamento deverá ser de piso, ou seja, para sua instalação não poderá ser necessário suporte, prateleiras ou mesas. Características Técnicas: Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete; Identificação eletrônica ou por código de barras dos cassetes; Processamento de no mínimo 75 cassetes por hora no tamanho 35x43 cm; Escala de tons de cinza de no mínimo 12 bits; Processador Core i3 (ou similar), 500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM; Monitor touch screen de no mínimo 23 polegadas; Permitir a gravação de imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com os seguintes recursos: Configuração pelo usuário dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de latitude, contraste e brilho independentemente; Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário; Inserção de textos fixos e editados pelo usuário; Magnificação da imagem para visualização; Impressão de no mínimo 4 imagens por película; Rotação e inversão da imagem; Pacote de conectividade DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist. Cassetes: 02 cassetes com placa de fósforo 18x24 cm para Raios X; 02 cassetes com placa de fósforo 24x30 cm para Raios X; 02 cassetes com placa de fósforo 35x43 cm para Raios X.</p>				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 75.400,00

Fornecedor: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMNTOES MÉDICOS

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
3	FOCO CIRÚRGICO DE TETO , com iluminação através de Leds, possuindo 2 cúpulas. Deve possuir uma intensidade mínima de 120.000 lux, por cúpula, devendo possuir sistema de regulagem, com dimer de 0 a 100%. Deve possuir sistema para movimentação com giro de 360° ilimitado no eixo principal, eixo da cúpula e braço. Deve fazer o movimento perpendicular (ficando a 1,0 metro do solo). Deve possuir IPX 54 ou superior contra partículas de poeira e água. Deve possuir painel com controles para ligar/desligar, controle de temperatura de cor (variando de 3600 a 5000K), modo ENDO ou similar. Deve possuir painel para regulagem das intensidades luminosas, temperatura de cor e modo ENDO ou similar. Deve possuir garantia de pelo menos 12 meses.	01	37.600,00	37.600,00	KSS
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 37.600,00

Luzerna (SC), 29 de junho de 2020

Vania Mara Diesel Deitos
Presidente Hospital São Roque
Sociedade Beneficente