



# Hospital São Roque

Sociedade Beneficente – Fundado em 07/08/1938

CNPJ: 75.444.471/0001-98

Rua Frei João Evangelista, 450 | CEP: 89609-000 - Luzerna /SC

Contato: (49) 3523 – 1133 | hsr\_adm@hotmail.com

EDITAL Nº 002/2020

LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE do Hospital São Roque Sociedade Beneficente – HSR Sra. Vania Mara Diesel Deitos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Estatuto da Sociedade Beneficente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Especial de Licitações, resolve:

**1. HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:**

<b>Edital de Licitação</b>	Processo Licitatório 002/2020 – Cotação Prévia de Preços 002/2020 - SICONV
<b>Modalidade</b>	Cotação Prévia de Preços - SICONV
<b>Data do Processo</b>	16/07/2020
<b>Data da Licitação</b>	03/08/2020
<b>Objeto da Licitação</b>	O objeto desta licitação é a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, de acordo com o Convênio Nº 883415/2019/MS, Processo nº 25000.102043/2019-78, Proposta SICONV Nº 26949/2019.

**Fornecedor: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMNTOES MÉDICOS**

Item	Descrição	Quant	Vlr unit	Vlr total	Marca
1	<b>MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA</b> , com 2 controles, sendo um fixo e outro móvel. Deve suportar pacientes de pelo menos 220kg ou mais. Deve ter o tampo dividido em pelo menos 5 sessões (cabeça, dorso, renal, assento e pernas), acompanhar perneiras bi-partidas com movimentos independentes. Deverá possuir o seu tampo em material radio transparente e de alta durabilidade. Deve ser construída em aço 1020 ou superior com acabamento em pintura eletrostática e aço inox. Deve possuir IPX4 (mínimo) ou superior, contra respingos de água e poeira. Deve possuir uma coluna com sistema de elevação elétrico. Deve possuir imobilização através de rodas retráteis. Deve possuir os seguintes movimentos do leito: Trendelembug e reverso, lateral direita e esquerda, elevação, renal (através de manivela), semi flexão de pernas e coxa, flexão abdominal, semi sentado, sentado, extrema lordose. Com exceção do Renal, todos os movimentos devem ser feito através de controle remoto. Os movimentos de pernas poderão ser feito através de molas de gás. Deve acompanhar Arco de Narcose, jogo de colchonetes, apoio de braço. Alimentação elétrica de 220VCA ou bivolt. A empresa deverá apresentar: Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Conformidade do Produto coa a Norma NBR IEC 60601-2-46, Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA e/ou Certificado de qualidade internacional para dispositivos médicos com tradução juramentada. Garantia: de 24 (vinte e quatro) meses após a instalação do equipamento. Manutenção e Fornecimento de peças: a contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo de 10 (dez) anos após a instalação definitiva. O equipamento deverá estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Serviços; O equipamento deverá possuir Assistência Técnica em Santa Catarina, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se gratuitamente pelo traslado do equipamento até o local da ASSISTÊNCIA Técnica; O equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.	01	34.900,00	34.900,00	KSS
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$ 34.900,00</b>

Luzerna (SC), 05 de agosto de 2020

**Vania Mara Diesel Deitos**  
**Presidente Hospital São Roque**  
**Sociedade Beneficente**